

EG–Konformitätserklärung Nr.: KEel 260-4

EC-Declaration of Conformity no.:

Nur für Ersatzteile/only for spare parts


im Sinne der EG-Richtlinie über explosionsgeschützte Geräte
 nach 94/9/EG (ATEX)
as defined by electrical explosion protected Equipment Directive 94/9/EC

Der Hersteller / *The Manufacturer*

Smith Meter GmbH, Regentstraße 1, D-25474 Ellerbek

(A) erklärt hiermit, dass / *herewith we declare*
 die explosionsgeschützte(n) Gerät(e) des Systems
that the explosion protected Equipment of the system

Ultrasonic Gas Flow Meter

Produktbezeichnung: <i>Product:</i>	Zündschutzart: <i>Type of protection:</i>	EG-Baumusterprüfbescheinigung* <i>EC-type examination certificate</i>
Ultrasonic Gas Flow Meter - MPU Series-B - Transducer 005/01	 II 2 G EEx d IIB T5	NEMKO 02 ATEX 355

**einschließlich aller Ergänzungen / including all supplements*

In der gelieferten Ausführung den folgenden Sicherheitsanforderungen entspricht (entsprechen):
Corresponds to following safety requirements in the delivered design:

Grundlegende Normen / CENELEC: EN 50014:1999 +A1 +A2;
Basic standards: EN 50018:2000

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:

Andere angewandte Bestimmungen / EG-Richtlinien:
Other applied regulations / EC-Directives:

Benannte Stelle / Produktionsüberwachung:..... Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Notified Body / Production control PTB 0102

Prüfungen/Überwachung/Kontrollen während der Fertigung: Hersteller
Examination / inspection / tests during manufacturing: *Manufacturer*

Die zugehörige Betriebsanleitung enthält wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften für die Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung der (s) Gerät(es).
The appropriate operator's manual contains important safety technical notes and regulations for the installation, placing into operation, maintenance and maintenance of the equipment.

(B) die aufgeführten Geräte in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der
that the listed devices in the delivered design are in accordance with the requirements of the

EG-Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit entspricht.
electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Vorschriften angewendet:
For verification of conformity with the protection requirements the following standards were applied:

Grundlegende Norm:.....EN61000-6-3
Basic standard:

Ort und Datum: Ellerbek, 01.11.2022
Location and date

Geschäftsführer
General Manager


 (Stephan Frieds)