

## Elektronisches Eichsiegel

als

Anlage zum Meßanlagenbrief

Das Siegel wurde erstellt durch:

Unterschrift und Zeichen des Bearbeiters:

### Zur Kontrolle des Siegelzustandes unbedingt folgende Anweisungen beachten:

- Das Siegel wird durch die Prüfung nicht verletzt.
- Der nebenstehende Siegelabdruck des Multiflow kann mit folgender Tastenkombination wiederholt werden:  
Einschalten, <F1>, (Siegelstatus)  
<F1>, (Drucken)
- Die Siegelzahl im Bereich 'Siegel-Status' auf der Kopie sowie auf dem Original muss übereinstimmen (Doppelt großer Druck)
- Der Text unter der Siegelzahl muss lauten:  
**\*Das Siegel ist in Ordnung!\***
- Wenn die Angaben nicht übereinstimmen, ist das Siegel gebrochen worden. Entsprechende Maßnahmen müssen eingeleitet werden.

**ACHTUNG:**  
**Unrechtmäßige Veränderungen**  
**von Daten unter Siegelschutz**  
**sind strafbar!**

## Electronic Seal

as  
appendix to measurement  
system documentation

*The seal was produced by:*


*Signature and identification of official:*

--

**It is essential to observe the following instructions when checking the seal status:**

- The seal is not violated by the inspection.
- The seal impression opposite for the Multiflow can be repeated with the following key combination:  
*Switch On <F1>, (Seal Status)*  
*<F1>, (Print)*
- The code number in the 'Seal status' area on the copy and on the original must match (double-sized printing).
- The text under the code number must read:  
**\* The seal is approved !**
- If the details do not match, the seal has been broken. Appropriate action must be initiated.

**IMPORTANT:  
Illegal modification  
of the sealed data is a  
punishable offence !**